

令和5年 7月 吉日

各 位

会 社 名 クロス・メディカルサービス株式会社
代表者名 代表取締役社長 黒沼文雄
問合せ先
氏 名 総務部 部長 山本 小百合
電 話 03-3633-6333

製品取り扱いに関する重要なお知らせ

いつも弊社の医療機器をご愛用いただき、ありがとうございます。

弊社の麻酔器に酸素濃縮器を接続すると、酸素濃度と流量が不安定になる可能性があります。
弊社麻酔器と酸素濃縮器の接続はお控えください。

酸素濃縮器は、主に ICU 入院室などへの酸素供給を目的にしています。適切な用途で使用していただきますようお願いいたします。

お客様の安全を第一に考え、引き続き信頼のおける製品を提供してまいります。ご不明点があれば、お気軽にお問い合わせください。